

附 1:

政府采购进口产品申请表

申请单位	新乡市食品药品检验所
申请文件名称	
申请文号	
采购项目名称	全自动凝胶净化浓缩系统
采购项目金额	48 万元
采购项目所属项目名称	食品前处理设备
采购项目所属项目金额	57.5 万元
项目使用单位	新乡市食品药品检验所
项目组织单位	
申请理由	<p>为了提高检测能力，保证检测数据科学公正，目前国内同类产品的灵敏度、检出限尚不能满足检验需要，需购置进口设备</p> <p>2017 年 6 月 23 日</p>

附 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	新乡市食品药品检验所
拟采购产品名称	全自动凝胶净化浓缩系统
拟采购产品金额	48 万元
采购项目所属项目名称	食品前处理设备
采购项目所属项目金额	57.5 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述:	
<p>为了提高检测能力,保证检测数据科学公正,目前国内同类产品的灵敏度、检出限尚不能满足检验需要,需购置进口设备</p>	

新乡市食品药品检验所专用设备进口产品专家论证专家组名单

姓名	单位	职称	专业	联系方式
周文	新乡市疾病预防控制中心	副教授	化学	1503804648
李家林	新乡市疾病预防控制中心	副主任医师	理化	13603739449
潘海山	卫滨区政府办	工程师	计算机	18337301009
卢兆雄	新乡医学院	副教授	药学	13937385558
高海	河南科技学院	教授	食品	13937381067

三、专家论证意见

拟采购凝胶净化系统机械手技术先进一流设备流量范围优于国内同类产品
同意采购进口设备。

专家签字 冯海林 年 2 月 16 日

拟采购设备的进口设备的溶剂回收、净化及排布干扰物
以外的干净溶剂回收、以及检测的灵敏度、检测准确率方面均优于国产设备。
同时进口设备设计为一体化的紧凑设计紧凑 使用寿命优于国
产设备。同意采购进口设备

专家签字 高晗 2017 年 2 月 16 日

该设计采购的凝胶净化样品前处理单元，其主要技术指标，
检测灵敏度、检测率等。进口设备均优于国产设备。同意采购进口
设备。

专家签字 卢刚 2017 年 2 月 16 日

1. 进口的凝胶净化样品前处理单元在净化分离超痕量农残
及油、脂肪等杂质中的杂质中，具有国产设备尚不能满足的能力。
2. 在操作后检测的灵敏度及准确性上优于国产设备。
同意采购进口设备。

专家签字 李宇斌 2017 年 2 月 16 日

本次论证参加专家符合规定，程序合法，符合
采购法和采购进口产品相关法规规定。

专家签字 周斌 年 2 月 16 日

河南中源律师事务所

13503804648